

Radni nalog br: 0294-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 31.07.2026.

Datum: 03.08.2026.

Uređaj: Clinac iX
Ser. br: H296425 ESB: 306
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Gantry se ne reagira na pendant.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.08.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	03.08.2026.	RS2	Radni sati	6	KOM
3	03.08.2026.	00572	Glavni thyatron	1	KOM

Napomena servisera:

Popravak pina na osovini motora od gantry-a i promjena glavnog thyatrona.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Mladen Kasabašić	Datum izvršenja 03.08.2026.
-------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera