

Radni nalog br: 0295-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 06.08.2026.

Datum: 04.08.2026.

Uređaj: Sterrad NX AC
Ser. br: 4033185234 ESB: 346
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-DC Poewr supply
Riješeno

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.08.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	04.08.2026.	RS3	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera:

-DC Power supply
-potrebna zamjena DC POWER SUPPLY.
-Nakon zamjene napjanja, možemo sa sigurnošću znati dali je to sve što je neispravno, a uzrokovano je nestabilnim mrežnim naponom.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Damir Kapetanović	04.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera