

Radni nalog br: 0297-26

Korisnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 07.08.2026.

Datum: 13.08.2026.

Uređaj: GG 04 G 7883 CD
Ser. br: 51/74361797 ESB: 326
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška na energetske komponentama.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.08.2026.	000883	Hidrostat pumpe	1	KOM
2	13.08.2026.	RS	Radni sat	5	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnosticiranjem nedostataka utvrđene nepravilnosti na hidrostatu pumpe.
- Izmjena hidrostatu pumpe.
- Kontrola energetskih komponenti te kontrola rada i puštanje u pogon.
- Podešavanje elemenata za zatvaranje vrata.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Toni Mršić	13.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera