

Radni nalog br: 0300-25

Korisnik: Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević
 Adresa: Mirogojska 8, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 30.09.2025.

Datum: 30.09.2025.

Uređaj: Glosair
 Ser. br: 188Z162 ESB: 299
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

DIJAGNOSTIKOM JE UTVRĐENO DA JE ZAGLAVIO PLOVAK ZA DOZIRANJE(MALI)
 NAKON OTKLONA KVARA GLOSAIR JE PUSTEN U RAD I ODRADIO CIKLUS BEZ GREŠKE

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	PUTNI TROSAK	1	KOM
2	30.09.2025.	RS	RADNI SAT	1	KOM
3	30.09.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao Mario Petravić	Ovjerio SESTRA MARICA 0914012690 	Datum izvršenja 30.09.2025.
------------------------------	--	------------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru