

Datum: 24.09.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Klinika/odjel: Zavod za humanu reprodukciju
Datum prijave: 07.08.2026.

Uređaj: MAW-4D8-MCBesprašna komora
Ser. br: 2021-174768 ESB: 895
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.09.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
2	24.09.2026.	USL	Umjeravanje CO2 i O2 koncentracije	1	KOM
3	24.09.2026.	002645	MAW servisni kit 2. godina	1	KOM

Napomena serviseru:

- Preventivno godišnje održavanje uređaja izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Izvedena kalibracija temperature i koncentracija CO2 i O2.
- Za potrebe umjeravanje korišten je uređaj NiloChecker proizvođača Nilotech sa pripadajućim mjernim sondama.
- Maksimalna devijacija za temperaturu iznosi 0,1 °C.
- Maksimalna devijacija za koncentraciju plinova iznosi 0,1%.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio  Tamara Tramišak	Datum izvršenja 24.09.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru