

Radni nalog br: 0301-25

Korisnik: Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević
Adresa: Mirogojska 8, 10000 Zagreb
Datum prijave: 30.09.2025.

Datum: 30.09.2025.

Uređaj: Glosair
Ser. br: 188C155 ESB: 878
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: UREĐAJ NE IZBACUJE PEROKSID

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	30.09.2025.	RS	RADNI SAT	1	KOM
3	30.09.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena servisera: DIJAGNOSTIKOM UTVRĐENO DA JE KONTAKT GLAVNOG MOTORA ZA IZNACIVANJE PEROKSIDA BIO POPUSTEN NAKON POPRAVKA KVARA UREĐAJ JE ODRADIO PROBNI CIKLUS

Predao Mario Petravić	Ovjerio TOMISLAV KRČELIĆ 0914012730 	Datum izvršenja 30.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera