

Radni nalog br: 0302-25

Korisnik: Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević
 Adresa: Mirogojska 8, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 30.09.2025.

Datum: 30.09.2025.

Uređaj: Glosair
 Ser. br: 188Y115 ESB: 279
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

URED AJ NE IZBACUJE DOVOLJNU KOLIČINU VODIKOVOG PEROKSIDA

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	30.09.2025.	RS	RADNI SAT	1	KOM
3	30.09.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena serviseru:

DIJADNOSTIKOM UTVRDENA NEČISTOČA U DOZIRNOM CRIJEVU KOJA JE BLOKIRALA PROTOK VODIKOVOG PEROKSIDA

Predao Mario Petravić	Ovjerio TOMISLAV KRČELIĆ 0914012730 <i>[Signature]</i>	Datum izvršenja 30.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru