

Datum: 21.08.2026.

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Adresa: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Odjel Ekologija 2. Kat
Datum prijave: 07.08.2026.

Uređaj: G 7883 CD
Ser. br: 53088262 ESB: 377
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.08.2026.	000474	PVC Crijevo 3mm	2	KOM
2	21.08.2026.	001388	Set filtera	1	KOM
3	21.08.2026.	000471	Servisni kit G78XX CD	1	KOM
4	21.08.2026.	RS	Radni sat	5	KOM

Napomena servisera:

-Preventivno godišnje održavanje izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
-Izvedeno temperaturno umjeravanje

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.08.2026.
	 Goran Havičić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera