

Radni nalog br: 0303-25

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 30.09.2025.


Datum: 30.09.2025.

Uređaj: Glosair
Ser. br: 188Y173 ESB: 297
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: UREĐAJ NE IZBACUJE VODIKOV PEROKSID

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	30.09.2025.	RS	RADNI SATI	2	KOM
3	30.09.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena serviseru: DIJAGNOSTIKOM KVARA UTVRĐENO DA JE TANK PEROKSIDA S DIGITALNIM PLOVKOM DOTRAJAO TE POVREMENO JAVLJA KRIVU INFORMACIJU O VOLUMENU PEROKSIDA. TAKOĐER, UTVRĐENO DA SU POPUCALI NOSAČI DOZIRNE PUMPE TE DA SU VANJSKA PLASTIKA I OPĆI UVJETI STROJA U JAKO LOŠEM STANJU. IZVRŠENA KALIBRACIJA TANKA TE JE UREĐAJ USPJEŠNO IZVRŠIO PROBNI CIKLUS. UREĐAJ JE U IZUZETNO LOŠEM STANJU.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 30.09.2025.
	 PETAR ZORIĆ 0917687940	