

Datum: 21.08.2026.

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
Adresa: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb  
Klinika/odjel: Odjel Ekologija 2. Kat  
Datum prijave: 07.08.2026.

Uređaj: G 7883  
Ser. br: 53088273 ESB: 378  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

**Opis kvara:**

PMI

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 21.08.2026. | 000474            | PVC Crijevo 3mm        | 2   | KOM |
| 2   | 21.08.2026. | 000471            | Servisni kit G78XX CD  | 1   | KOM |
| 3   | 21.08.2026. | RS                | Radni sat              | 5   | KOM |

**Napomena servisera:**

- Preventivno godišnje održavanje izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Izvedeno temperaturno umjeravanje

|                              |                                                                                                      |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Predao<br><br>Antonio Čubrić | Ovjerio                                                                                              | Datum izvršenja<br><br>21.08.2026. |
|                              | <br>Goran Havičić |                                    |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera