

Datum: 30.09.2025.

Radni nalog br: 0304-25

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 30.09.2025.

Uređaj: Glosair
Ser. br: 188Y138 ESB: 280
Održava: Simteh
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: UREĐAJ TOKOM RADA SE POVREMENO GASI I PALI, VENTILATOR NEPRESTANO RADI, POPUCALE SVE VANJSKE PLASTIKE

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	30.09.2025.	RS	RADNI SATI	1	KOM
3	30.09.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM

Napomena serviser: DIJAGNOSTIKOM UTVRĐENO DA SU DOTRAJALI KONTAKTI NA ELEKTRONIKAMA, IZVRŠENO ČIŠĆENJE, PROBA RADA USPIJEŠNA. PRIJEDLOG ; GODIŠNJI SERVIS I PO POTREBI ZAMIJENA OBJE ELETRONIKE I DOTRAJALIH ELEMENATA. UREĐAJ U IZUZETNO LOŠEM STANJU

Predao Mario Petravić	Ovjerio PETAR ZORIĆ 091-7687940 <i>Zorin Blav</i>	Datum izvršenja 30.09.2025.
-------------------------------------	--	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser