

Datum: 02.09.2026.

Korisnik: Specijalna bolnica RADIOCHIRURGIA ZAGREB za opću kirurgiju, urologiju, ginekologiju, onkologiju i radioterapiju, nuklearnu medicinu te kliničku radiologiju

Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedjelja

Klinika/odjel: Centralna sterilizacija

Datum prijave: 11.08.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX

Ser. br: 5047241407 ESB: 520

Održava: Eurokontakt

Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.09.2026.	25-54624-001	Filter Uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
2	02.09.2026.	109831-01	Ulje Vakum pumpe, L-1668FM (ASP)	3	KOM
3	02.09.2026.	33-05613-0-001	Adapter Konvertabilnog Filtera (ASP)	1	KOM
4	02.09.2026.	25-50703-001	Filter Zraka 0,2 PTFE 25mm (ASP)	2	KOM
5	02.09.2026.	25-00473-001	HEPA Filter 100NX (ASP)	1	KOM
6	02.09.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
7	02.09.2026.	RS3	Radni sati	4	SAT

Napomena serviser:

- Na uređaju izvršen redoviti godišnji, preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Popis zamjenjenih dijelova nalazi se u gornjem dijelu radnog naloga.
- Napon na UV žarulji 100 mV
- Napon na monitoru H2O2 3960 mV
- Testni ciklus broj: 109 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio  Laura Ajster	Datum izvršenja 02.09.2026.
-----------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser