

Radni nalog br: 0309-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 30.09.2025.

Datum: 30.09.2025.

Uređaj: G 7826
Ser. br: 00/53094343 ESB: 393
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Iz uređaja se čule eksplozije i vizualno utvrđano prisustvo dima u nečistoj prostoriji.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: Došlo do zapaljenja instalacije spoja na grijaču komore. Uzrok je curenje vode na komori grijača i brtvi grijača. Potrebna detaljnija dijagnostika. Uređaj van funkcije.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Katarina Reglat	30.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru