

## Radni nalog br: 0310-25

Korisnik: Radiochirurgia  
 Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedjelja  
 Datum prijave: 01.10.2025.

Datum: 22.10.2025.

Uređaj: EDGE TrueBeam  
 Ser. br: H192833 ESB: 309  
 Održava: Simteh  
 Status: U kvaru - radi

**Opis kvara:** Artefakti na CBCT-u, kV detektor javlja puno mrtvih pixela

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 22.10.2025. | PT1               | Putni trošak 1         | 1   | KOM |
| 2   | 22.10.2025. | RS3               | Radni sat 3            | 6   | SAT |
| 3   | 22.10.2025. | RSD               | Detektor RTI4343iL-C7A | 1   | KOM |

**Napomena serviseru:**

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| Predao     | Ovjerio         | Datum izvršenja |
| Nenad Cuca | Domagoj Kosmina | 22.10.2025.     |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru