

Radni nalog br: 0311-26

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 17.08.2026.

Datum: 12.08.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-4 PS5662
Ser. br: 121200438 ESB: 103
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Neispravan pneumatski cilindar

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.08.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	12.08.2026.	000981	Pneumatski cilindar	1	KOM
3	12.08.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

-Izmjena pneumatskog cilindra za kontrolu vrata.
-Kontrola rada i puštanje u pogon.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	12.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera