

Radni nalog br: 0312-26

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 17.08.2026.

Datum: 12.08.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399509 ESB: 108
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška hidrostata pumpe

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.08.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
2	12.08.2026.	000884	Hidrostat Pumpe	1	KOM

Napomena serviser:

- Dijagnosticiranje nepravilnosti u radu uređaja.
- Izmjena dostrajalog hidrostata pumpe.
- Kontrola rada i puštanje u pogon.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	12.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser