

Radni nalog br: 0317-25

Korisnik: KBCSM - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 03.10.2025.

Datum: 06.10.2025.

Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Čeljusti javljaju grešku prilikom inicijalizacije

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira	Datum izvršenja 06.10.2025.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera