

Radni nalog br: 0318-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 06.10.2025.

Datum: 06.10.2025.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Greška: temperatura komore izvan opsega.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	07.10.2025.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena serviseru: -Kalibracija PT sonde. Nakon kalibracije uređaj radi bez greške. -Ako se greška ponovi, potrebna zamjena PT sonde.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Larisa Smriko	06.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru