

## Radni nalog br: 0321-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva  
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 07.10.2025.

Datum: 07.10.2025.

Uređaj: G7882 AE SST  
Ser. br: 51/74353327                      ESB: 656  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - NE RADI


### Opis kvara:

Perilica baca grešku F26.  
Dijagnostikom kvara utvrđeno je da perilica izbacuje grešku F26. na programu SPECIJAL 93. dok na programu VARIO TD ne baca grešku.

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 07.10.2025. | PT1               | Putni trošak 1         | 1   | KOM |
| 2   | 07.10.2025. | RS                | RADNI SATI             | 3   | KOM |
| 3   | 07.10.2025. | DI1               | DIJAGNOSTIKA KVARA     | 1   | KOM |

### Napomena servisera:

PREPORUČUJE SE KORISTENJE PROGRAMA VARIO TD

|                          |   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Predao<br>Mario Petravić | Ovjerio<br>DIANA VUKMAN 0914600109<br> | Datum izvršenja<br>07.10.2025. |
|--------------------------|---|--------------------------------|