

Datum: 21.08.2026.

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Adresa: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Datum prijave: 20.08.2026.

Uređaj: G7883
Ser. br: 53088659 ESB: 083
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.08.2026.	000474	PVC crijevo 3mm	2	KOM
2	21.08.2026.	000471	Servisni kit G78XX CD	1	KOM
3	21.08.2026.	RS	Trošak radnih sati	3	KOM

Napomena servisera:

- Preventivno godišnje održavanje izvedeno sukladno propisanoj proceduri i uputama proizvođača.
- Izvedeno temperaturno umjeravanje

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.08.2026.
	 Goran Haviđić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera