

Radni nalog br: 0326-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 10.10.2025.

Datum: 10.10.2025.


Uređaj: G7882 AE SST
Ser. br: 51/74353327 ESB: 656
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

DIJAGNOSTIKOM KVARA PERILICA IZBACUJE GREŠKU F26

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	10.10.2025.	DI1	DIJAGNOSTIKA KVARA	1	KOM
3	10.10.2025.	RS	RADNI SATI	4	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio DIANA VUKMAN 0914600109 	Datum izvršenja 10.10.2025.
--------------------------	---	--------------------------------