

Datum: 21.08.2026.

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 21.08.2026.

Uređaj: Glosair
Ser. br: 188Y101 ESB: 277
Održava: Simteh
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Oštećeni vodovi zraka

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.08.2026.	001346	Suport gicleur	4	KOM
2	21.08.2026.	001347	Stainless steel nozzle	4	KOM
3	21.08.2026.	001426	Black suction tube	1	KOM
4	21.08.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena serviser:

-Izmjena dotrajalih komponenti za disperziju H2O2.
-Kontrola rada

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Ljiljana Pilipović	21.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser