

Radni nalog br: 0330-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 16.10.2025.

Datum: 16.10.2025.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050833604964 ESB: 121
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Greška grijanja AO6

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	16.10.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera: Čišćenje generatora pare i čišćenje grijača od naslage kamenca

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Larisa Smriko	16.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera