

Radni nalog br: 0331-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 17.10.2025.

Datum: 17.10.2025.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050809604734 ESB: 091
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Izbacuje grešku A06 I A02

Crijevo kod presostata kapka lagano voda

Potrebno zamjeniti dvostruki ventil hladne vode(nema filter)protocnost vode slaba

Filter na ventilu tople vode vode bio zastopan u cjelosti od pijeska

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	17.10.2025.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM
3	17.10.2025.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 17.10.2025.
	 Tihomir Marjanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera