

Datum: 15.09.2026.

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 31.08.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050821695846 ESB: 233
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška grijača

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	15.09.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

-uklanjanje kamenca na elementima grijača
-kontrola rada i puštanje u rad

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 15.09.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera