

Datum: 11.09.2026.

Korisnik: KRKA-FARMA d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i vanjsko-trgovinsko poslovanje
Adresa: Većeslava Holjevca 20e, 10450 Jastrebarsko
Datum prijave: 01.09.2026.

Uređaj: G7883
Ser. br: 74348870 ESB: 612
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	11.09.2026.	RS	Trošak radnih sati	5	KOM
3	11.09.2026.	001731	Mikrofilter komore Miele	1	KOM
4	11.09.2026.	001886	Fini filter	1	KOM
5	11.09.2026.	002189	Set donje prskalice G7883 Miele	1	KOM
6	11.09.2026.	001316	Servisni kit G7881/82/83	1	KOM
7	11.09.2026.	002477	Napa	1	KOM
8	11.09.2026.	000473	PVC Crijevo Dos 6mm	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu
Odrađen testni ciklus na programu D. Bez greške

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 11.09.2026.
	 Lidia Moharić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera