

Datum: 03.09.2026.

Korisnik: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Adresa: Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Datum prijave: 01.09.2026.

Uređaj: G7883
Ser. br: 53088659 ESB: 083
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Dozirna pumpa ne radi
Usisna cijev oštećena

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	03.09.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
3	03.09.2026.	002683	Dozirna pumpa Dos15 220-240v	1	KOM
4	03.09.2026.	002512	Usisna cijev 333mm	1	KOM

Napomena servisera:

Zamjena dotrajalih dijelova na uređaju.
Nakon zamjene dijelova uređaj pušten u pogon.
Uređaj odradio testni ciklus bez problema

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Goran Haviđić	03.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera