

**Radni nalog br: 0338-25**

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice  
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 21.10.2025.

Datum: 21.10.2025.

Uređaj: GEYSIR CCD1050  
Ser. br: 1050812574415                      ESB: 053  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - radi

**Opis kvara:**


Uređaj izbacuje grešku A06-A07-A03

Uređaju je izmjenjen dvostruki elektromagnetni ventil koji je bio oštećen od kamenca isto tako zamjenjen je plovak nivoa vode tanka koji je bio isto oštećen od kamenca. Isto tako je očišćen gornji plovak nivoa vode koji je također bio pun kamenca.

Isto tako je i grijac u tanku bio pun kamenca koji je očišćen i vraćen nazad. Uređaj je pušten u rad di je odradio jedam ciklus na kraćem programu bez greške

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	21.10.2025.	RS	Radni sati	4	KOM
3	21.10.2025.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM
4	21.10.2025.	000422	Plovak tanka	1	KOM
5	21.10.2025.	000469	El. magnetni ventil dvostruki	1	KOM

**Napomena servisera:**

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Tihomir Marjanović	Datum izvršenja 21.10.2025.
--------------------------	--	--------------------------------