

Radni nalog br: 0338-26

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 02.09.2026.

Datum: 31.08.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048220008 ESB: 156
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Greška temperatura kondenzera izvan opsega.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	31.08.2026.	47-53575-001	Thermistor ASSEMBLY	1	KOM
2	31.08.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	31.08.2026.	RS3	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

-Na uređaju izvršena zamjena senzora temperature.
-Testovi i kalibracije prošli bez greške.
-Testni ciklus broj: 4852 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
-Biološki test: NEGATIVAN

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Petar Zorić	31.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera