

Datum: 02.09.2026.

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 02.09.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250312 ESB: 809
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Vaporizer
02-52303-1-803 (FRU,STERRAD 100NX STERILIZER VAPORIZER)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.09.2026.	02-52303-1-803	VAPORIZERASSEMBLY,100NX ST,RO	1	KOM
2	17.09.2026.	RS3	Radni sati	6	KOM
3	17.09.2026.	PT1	Putni trošak	5	KOM

Napomena servisera:

-Dijagnostikom utvrđeno da je uzrok kvara vacuma (Ne spušta vacuum ispod 2,7 Torr) Vaporizer (Isparivač).
-Potrebna zamjena Vaporizera. JAMSTVO.
-Ukupno br. ciklusa na uređaju: 250
-Na uređaju izvršena zamjena Vaporizera.
-Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
-Popis zamjenjenih dijelova nalazi se u gornjem dijelu radnog naloga.
- Napon na UV žarulji 100 mV
-Napon na detektoru H2O2 2994 mV
-Testni ciklusi broj: 275 i 276 prošli bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
-Biološki TEST: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio  Smiljana Uljanić	Datum izvršenja 02.09.2026.
-----------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera