

Datum: 28.09.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Klinika/odjel: KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
Datum prijave: 02.09.2026.

Uređaj: Clinac iX
Ser. br: H296425 ESB: 306
Održava: Simteh
Status: PMI

Opis kvara:

Redovni servis.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.09.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	28.09.2026.	RS2	radni sat	8	KOM
3	29.09.2026.	RS2	radni sat	12	KOM
4	30.09.2026.	RS2	radni sat	6	KOM
5	30.09.2026.	01435	Laserski skener LG	1	KOM
6	01.10.2026.	01436	podnožje tiratrona	1	KOM

Napomena serviser:

Redovni servis na uređaju.

Promjena podnoža glavnog tiratrona.

Promjena i podešavanje LaserGuarda.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Mladen Kasabašić	28.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser