

Radni nalog br: 0341-25

Korisnik: Vodovod Osijek
Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek
Datum prijave: 22.10.2025.

Uređaj: PG8593
Ser. br: GG05 ESB: 624
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PMI

Datum: 05.12.2025.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.12.2025.	PT3	PUTNI TROSAK	1	KOM
2	05.12.2025.	001315	Servisni kit PG858x/9x/CD	1	KOM
3	05.12.2025.	000876	Microfilter H13	1	KOM
4	05.12.2025.	000473	PVC crijevo 6mm	1	KOM
5	05.12.2025.	RS	Radni sati	5	KOM

Napomena serviseru: -Na uređaju izvršen godišnji redoviti, preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokulu. -Testni ciklus: INTENZIVNI, prošao bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 05.12.2025.
	 Nataša Ljubić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru