

Datum: 14.09.2026.

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 14.09.2026.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Greška: Nema pare

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.09.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	15.09.2026.	RS	>Radni sati	4	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađeno čišćenje tanka demi vode na generatoru pare.
- Podešavanje senzora nivoa vode u tanku.
- nakon čišćenja i podešavanja testni ciklus prošao bez greške.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Larisa Smriko	14.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera