

Radni nalog br: 0350-25

Korisnik: Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Adresa: Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb
Datum prijave: 27.10.2025.

Datum: 24.11.2025.


Uređaj: PG 8583 CD
Ser. br: 74390701 ESB: 654
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 475 i u toku rada uređaj izbacuje fidovu sklopku.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.11.2025.	001366	Releji grijača	1	KOM
2	24.11.2025.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	24.11.2025.	RS1	Radni sat	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 24.11.2025.
	 Marina Marković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru