

Datum: 18.09.2026.

Korisnik: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Adresa: I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec
Datum prijave: 14.09.2026.

Uređaj: Glosair
Ser. br: 188Y250 ESB: 290
Održava: Simteh
Status: PMI

Opis kvara:

PMI-Servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.09.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
2	18.09.2026.	000587	Glosair servisni kit	1	KOM
3	18.09.2026.	000925	Vrata kućišta	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Sanja Galović	18.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera