

Radni nalog br: 0352-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 28.10.2025.

Datum: 28.10.2025.

Uređaj: G7882 AE SST
Ser. br: 51/74353327 ESB: 656
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:


Greška F26

Zamjenjena je tlačna sklopka pumpe.

Perilica je odradila dva testna ciklusa pranja na programu SPECIJAL 93 bez greške

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	28.10.2025.	RS	Radni sati	3	KOM
3	28.10.2025.	002232	Level control 1500/700	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mario Petravić	Ovjerio Diana Vukman- 091/4600109 	Datum izvršenja 28.10.2025.
--------------------------	---	--------------------------------