

Radni nalog br: 0357-25

Korisnik: ŽB Čakovec
Adresa: I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec
Datum prijave: 30.10.2025.

Datum: 08.04.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250296 ESB: 810
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija


Opis kvara:

Instalacija uređaja.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	08.04.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	08.04.2026.	RS 3	Radni sati	6	KOM

Napomena servisera:

- Uređaj instaliran sukladno uputama proizvođača.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus EXPRESS broj: 01 prošao bez greške.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA

Predao Besim Husić	Ovjerio  Drago Oslaković	Datum izvršenja 08.04.2026.
-----------------------	---	--------------------------------