

Datum: 15.09.2026.

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 16.09.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050833604963 ESB: 120
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greške na uređaju: 02 i 03

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.09.2026.	000422	Plovak tanka, Lischka	1	KOM
2	15.09.2026.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađeno servisno podešavanje brave vrata na komori.
- Zamjena senzora nivoa vode S06
- Testni ciklus prošao bez greške.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 15.09.2026.
	 Larisa Smriko	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera