

Radni nalog br: 0358-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 30.10.2025.

Datum: 30.10.2025.

Uređaj: MIKROBIOLOŠKI KABINET BH 5
Ser. br: 2018130282 ESB: 041
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Kalibrator doze u kabinetu ne mjeri točno
Kalibrator VIK-202 SN:21807-5051-04

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Nenad Cuca	Predrag Marinković	30.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera