

Datum: 04.11.2025.

Radni nalog br: 0360-25

Korisnik: KBC Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 03.11.2025.

Uređaj: Clinac iX
Ser. br: H296425 ESB: 306
Održava: Simteh
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: -potrebno promjeniti ventilatore od "Stand-a" -potrebno promjeniti crijeva od SF6 plina -
potrebno promjeniti amortizere od Gun crowbar-a -potrebno promjeniti potencijometart
od KVD -potrebno promjeniti relej na AUX ploči i dr.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.11.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Mladen Kasabašić	04.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera