

Datum: 24.09.2026.

Korisnik: Ljekarne Zagrebačke županije
Adresa: Ulica Matije Magdalenića 1, HR-10410 Velika Gorica
Datum prijave: 21.09.2026.

Uređaj: PG 8583 CD
Ser. br: 74395520 ESB: 602
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 440. Nedovoljna količina vode u komori.
Blokada plovka nivoa vode od masnoće.
Blokada nepovratnog ventila.
Začepljenje odvoda

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	24.09.2026.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

Dijagnostika:

-Nečistoće u prostoru odvodne pumpe,nepovratnog ventila i na senzoru nivoa vode.
-Uzrok je rad sa puno ulja i nečistoća.
-Detaljno očišćeno od nečistoća, nakon toga perilica odradila testni program: Standardni bez greške.
POTREBAN PREVENTIVNI GODIŠNJI SERVIS UREĐAJA.
ZADNJI PREVENTIVNI GODIŠNJI SERVIS NAPRAVLJEN 22.07.2025. Preporuka proizvođača uređaja je da se jednom godišnje radi preventivni godišnji servis

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 24.09.2026.
	 Ana Božić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera