

Datum: 21.09.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Klinika/odjel: KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
Datum prijave: 23.09.2026.

Uređaj: Clinac iX
Ser. br: H296425 ESB: 306
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

UDR1 i UDR2 greške i neispravan Laserguard.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.09.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	21.09.2026.	RS2	radni sat	6	KOM
3	21.09.2026.	01430	Napajanje za LCD monitor	1	KOM
4	21.09.2026.	0572	Glavni tiratron	1	KOM

Napomena servisera:

Potrebno zamjeniti podnožje thyatrona i LaserGuard.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Mladen Kasabašić	21.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera