

Radni nalog br: 0368-25

Korisnik: KBC Osijek
 Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
 Datum prijave: 07.11.2025.

Datum: 07.11.2025.

Uređaj: Clinac iX
 Ser. br: H296425 ESB: 306
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI


Opis kvara:

Problem sa vakumom u aparatu.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.11.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	07.11.2025.	RS2	Radni sati 2	8	KOM
3	12.11.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
4	12.11.2025.	RS2	Radni sati 2	18	KOM
5	09.12.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
6	09.12.2025.	RS2	radni sati 2	10	KOM
7	10.12.2025.	001369	kontroler protoka hlađenja	1	KOM
8	10.12.2025.	001377	Gun kontroler	1	KOM
9	10.12.2025.	001368	Target I kabel	1	KOM
10	10.12.2025.	001373	Gridded gun	1	KOM
11	10.12.2025.	001372	vakum kit	1	KOM
12	10.12.2025.	001374	Vijak	2	KOM
13	10.12.2025.	001375	vijak	2	KOM
14	10.12.2025.	000380	podloška 1,5	1	KOM
15	10.12.2025.	001376	podloška 2,5	1	KOM
16	10.12.2025.	001371	crijevo 1/4 x 96	1	KOM
17	10.12.2025.	001380	crijevo 1/4 x 60	1	KOM
18	10.12.2025.	001381	termobužir	18	KOM
19	10.12.2025.	001382	vezice 4in	1	KOM
20	10.12.2025.	001383	vezice 7.4in	1	KOM
21	10.12.2025.	001384	vezice 14-3/16	1	KOM
22	10.12.2025.	001385	vezice 18in	1	KOM
23	10.12.2025.	001386	brtva 45 deg, 1/4	6	KOM
24	10.12.2025.	001387	brtva 45 deg, 3/8	10	KOM
25	10.12.2025.	001388	brtva 45 deg, 1/2	4	KOM
26	10.12.2025.	001389	brtva 45 deg, 3/4	4	KOM
27	10.12.2025.	001390	band magnet	1	KOM
28	10.12.2025.	001391	brtva 37 deg, 1	2	KOM
29	10.12.2025.	000380	podloška 1,5	4	KOM
30	10.12.2025.	001376	podloška 2,5	1	KOM
31	10.12.2025.	001392	crijevo 3/8 x 94	2	KOM
32	10.12.2025.	RS2	radni sati 2	10	KOM

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
33	11.12.2025.	RS2	radni sati 2	8	KOM
34	12.12.2025.	RS2	radni sati 2	6	KOM

Napomena servisera:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Mladen Kasabašić	Datum izvršenja 07.11.2025.
------------------------------------	--	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera