

Radni nalog br: 0371-25

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 07.11.2025.

Datum: 07.11.2025.

Uređaj: G7882 AE SST
Ser. br: 51/74353327 ESB: 656
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Greška F26

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.11.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	07.11.2025.	RS	Radni sat	3	KOM
3	07.11.2025.	DI1	Dijagnostika kvar	1	KOM

Napomena servisera:

Detaljno čišćenje komore odvajanja kondenzata.
(Pronađeno dosta papira od naljepnica i drugih nečistoća). Foto u prilogu radnog naloga.
-Testni ciklus Specijal 93-Prošao bez greške

Predao Mario Petravić	Ovjerio Diana Vukman 0914600109 	Datum izvršenja 07.11.2025.
--------------------------	---	--------------------------------