

Datum: 30.09.2026.

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 28.09.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399479 ESB: 106
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Ventil hladne vode

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.09.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	30.09.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
3	30.09.2026.	000881	Mjerač protoka vode	1	KOM
4	30.09.2026.	002706	Ventil vode 3/4 220-240V 50/60 HZ	1	KOM

Napomena servisera:

Perilica je odradila testni ciklus na programu DES Vario td bez greške

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Marino Reljica	30.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera