

Datum: 28.09.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Zavod za radioterapiju i onkologiju
Datum prijave: 01.10.2026.


Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

EGN greška kod paljenja aparata

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	28.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	28.09.2026.	RS 3	Radni sat 3	3	SAT
3	28.09.2026.	10004694807	Converter/Logic	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Nenad Cuca	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 28.09.2026.
----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera