

Datum: 01.10.2026.

Korisnik: Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 02.10.2026.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška relejnog sklopa vrata na čistoj strani.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	01.10.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	01.10.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
3	01.10.2026.	001367	Relej vrata	2	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnosticiranjem utvrđene nepravilnosti u modulu upravljanja vratima (Degradirani el. sklopovi).
- Navedena oštećenja su tipična popratna pojava nagle oscilacije napona tijekom rada uređaja zbog čega je oprema prestala s radom.
- Izmjena relejnog sklopa upravljanja vratima na čistoj strani.
- Kontrola rada i puštanje u pogon.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	01.10.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera