

Radni nalog br: 0380-25

Korisnik: OB Dr. Ivo Pedišić Sisak
Adresa: Ulica Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000 Sisak
Datum prijave: 11.11.2025.

Datum: 11.11.2025.

Uređaj: Sterrad NX AC
Ser. br: 4033195442 ESB: 361
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: Uređaj se ne može uključiti

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	25.11.2025.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	25.11.2025.	RS 3	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru: Dijagnostika kvara: - Na uređaju ne radi DC distrib. board. -Pm servis zadnji put odrađen 02.12.2022.. -Potrebna zamjena DC Pow.supply, nakon zamjene moguće napraviti detaljnu dijagnostiku. - Potrebno odraditi i PM servis!

Predao Besim Husić	Ovjerio  Nikolina Blažević	Datum izvršenja 11.11.2025.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru