

Datum: 26.11.2025.

Radni nalog br: 0387-25

Korisnik: PINIMA d.o.o.
Adresa: Vinkovačka cesta 1A, 31000 Osijek
Datum prijave: 17.11.2025.

Uređaj: Sterrad 100NX
Ser. br: 5046230191 ESB: 380
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM 2 servis (nije potreban, obzirom na broj ciklusa od predhodnog servisa_04.04.2025. 104 ciklusa).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.11.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	26.11.2025.	RS3	Radni sat	2	KOM
3	26.11.2025.	25-50703-001	Filter zraka 0,2mm(ASP)	1	KOM
4	26.11.2025.	33-05613-0-001	Adapter Konvertibilnog Filtera (ASP)	1	KOM
5	26.11.2025.	27-00496-040	Crijevo najlon,1/4 prozirno (ASP)	1	KOM
6	26.11.2025.	25-00473-001	HEPA Filter 100NX (ASP)	1	KOM

Napomena servisera: -Na uređaju izvršen preventivni redoviti servis, sukladno propisanoj proceduri. -Svi testovi i kalibracije prošli bez greške. -Testni ciklus br.: 173 prošao bez problema, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. -Biološka kontrola NEGATIVNA. -Ukupan broj ciklusa na uređaju 172. -Zamjenjeni nabrojani dijelovi, na slijedećem servisu potrebna zamjena dijelova na razini PM2.

	Ovjerio	
Predao		Datum izvršenja
Besim Husić	Branimir Lovrić	26.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera