

Radni nalog br: 0389-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 17.11.2025.

Datum: 17.11.2025.

Uređaj: Parni sterilizator-4 PS5662
Ser. br: 121200438 ESB: 103
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

izbacuje grešku 3464 - isteklo vrijeme prozračivanja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.11.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena servisera:

problem riješen na PM servisu.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Larisa Smriko	17.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera